

Sarajevo, 01-09-2023

Broj: 60-11-3-31960

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke (br. Izvještaja Komisije broj 10-33-4-31587-2 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 10-33-4-31587, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda e-aukcija broj 10-33-4-31587-1), Generalna direktorica donosi:

### ODLUKU

o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/14/2023-C-Specifični materijal za sterilizaciju“

#### I

Prihvata se preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke i okvirni sporazumi za nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/14/2023-C-Specifični materijal za sterilizaciju „koji se dodjeljuje ponuđačima:

**„PROMA “ doo**

Za LOT-ove 1, 2, 4 prema ponudi broj 10-11-3-29207 od 07.08.2023 godine;

#### II

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada u svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

#### III

Obavezuju se ponuđači iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od prijema ove Odluke dostave dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na centralni protokol ugovornog organa, sa obaveznom naznakom broja obavještenja na koji se isti odnose. Ukoliko su isti sastavni dio dostavljene ponude o istom obavezan je pismenim putem obavjestiti Ugovorni organ.

U slučaju da izabrani ponuđač propusti da dostavi dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze ova Odluka će se poništiti.

#### IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

## OBRAZLOŽENJE

Javno otvaranje ponuda održano je dana 08.08.2023.godine u 11:00 sati u sali za sastanke na lokaciji Objekat Tehničkog sektora (C9) Bolnička br.25. uz prisustvo članova komisije, sekretara komisije i referenta protokola (Merima Hodžić). Javnom otvaranju ponuda prisustvovao je predstavnik ponuđača Proma d.o.o. gosp. Dino Jusufbegović.

Komisija je konstatovala da su ponude blagovremene, uredno obilježene i ovjerene od strane ponuđača, te je iste prilikom preuzimanja od strane referenta protokola obilježila rednim brojevima od 1. do 7. Komisija je u prisustvu referenta protokola, izvršila otvaranje ponuda, a budući da su iste uvezane i osigurane jemstvenikom radi zaštite od eventualnih zloupotreba, Komisija je izvršila potpisivanje i ovjeru prve i posljednje stranice ponuda, kao i potpisivanje i ovjeru koverata u kojima su ponude dostavljene. U skladu sa Članom 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl.glasnik BiH br.103/14) Komisija je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda u koji su uneseni slijedeći podaci: Broj protokola ponude, naziv ponuđača i ukupna vrijednost ponuda bez PDV-a. Zapisnik sa otvaranja ponuda je protokolisan pod br. 10-33-4-29285-1 od 08.08.2023 i u zakonskom roku, putem faxesa dostavljen ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

1	10-11-3-28417	ENA d.o.o.	31.07.2023. – 12:44
2	10-11-3-28642	BROMA BEL	02.08.2023. – 09:16
3	10-11-3-28923	DERBY TRADE d.o.o.	04.08.2023. – 08:20
4	10-11-3-29082	EMEDING d.o.o.	07.08.2023. – 09:24
5	10-11-3-29207	PROMA d.o.o.	07.08.2023. – 14:52
6	10-11-3-29255	MEDICAL PARTNERS d.o.o.	08.08.2023. – 08:52
7	10-11-3-29254	PLUS MEDICAL d.o.o.	08.08.2023. – 08:52

Komisija je detaljnom analizom pregledala dostavljene ponude, ocijenila formalnu, pravnu i suštinsku valjanost istih, polazeći od zahtjeva tenderske dokumentacije koje je Ugovorni organ naveo u pozivu, a koje su ponuđači bili dužni ispuniti kako bi stekli uslove za dalju kvalifikaciju u javnom nadmetanju.

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da su kvalificirani ponuđači za dalju ocjenu i vrednovanje prema kriterijima iz tenderske dokumentacije i uporedbu radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za traženo niže navedeni ponuđači:

1	10-11-3-28417	ENA d.o.o.	31.07.2023. – 12:44
2	10-11-3-28923	DERBY TRADE d.o.o.	04.08.2023. – 08:20
3	10-11-3-29207	PROMA d.o.o.	07.08.2023. – 14:52
4	10-11-3-29255	MEDICAL PARTNERS d.o.o.	08.08.2023. – 08:52
5	10-11-3-29254	PLUS MEDICAL d.o.o.	08.08.2023. – 08:52

### **PONUĐAČI ČIJE PONUDE NISU PRIHVAĆENE**

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da niže navedene ponude nisu dostavljene u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, te iste nisu prihvaćene od strane Komisije.

1	10-11-3-28642	BROMA BEL d.o.o.	02.08.2023. – 09:16
2	10-11-3-29082	EMEDING d.o.o.	07.08.2023. – 09:24

**Razlozi i obrazloženje za ponudu koja nije prihvaćena**

**BROMA BEL d.o.o.**

**LOT 5 - Rolne/rukavci za plazma sterilizator**

Detaljnou analizou dostavljene ponude od strane Komisije kostatovano je da ponuda ponuđača BROMA BEL d.o.o. za za LOT 5 nije dostavljena u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

U skladu s tačkom 4.4. c) Tenderske dokumentacije - Ostali uslovi za kvalifikaciju, ponuđač je obavezan dostaviti uz Anex 3 izvod iz kataloga sa jasno označenim ponuđenim stavkama kao i tehnički list za svaku ponuđenu stavku. **Napomena: Dostavljena dokazna dokumentacija tražena predhodnim članovima mora biti dostupna na jednom od službenih jezika BiH, u slučaju da se radi o prevodu isti mora biti ovjeren od strane sudskog tumača.**

**Obrazloženje:**

Dostavljena dokazna dokumentacija uz Anex 3 ponude ponuđača "BROMA BEL" d.o.o. , koja se odnosi na navedeni Lot je dostavljena na jednom od službenih jezika BiH tj. ista je prevedena, ali nije ovjerena od strane sudskog tumača kako je to traženo Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u dostavljenu ponudu i dokumentaciju koja čini sastavni dio iste, od strane Komisije je konstatoovano da ponuda nije dostavljena u skladu sa Tenderskom dokumentacijom (prednji navodi), te ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

**EMEDING d.o.o.**

**LOT 2 - Trake za kontrolu sterilizacije**

**LOT 3 - Plombe za doboše**

Detaljnou analizou dostavljene ponude od strane Komisije kostatovano je da ponuda ponuđača EMEDING d.o.o. za za LOT 2 i LOT 3 nije dostavljena u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

U skladu s tačkom 4.4. c) Tenderske dokumentacije - Ostali uslovi za kvalifikaciju, ponuđač je obavezan dostaviti uz Anex 3 izvod iz kataloga sa jasno označenim ponuđenim stavkama kao i tehnički list za svaku ponuđenu stavku. **Napomena: Dostavljena dokazna dokumentacija tražena predhodnim članovima mora biti dostupna na jednom od službenih jezika BiH, u slučaju da se radi o prevodu isti mora biti ovjeren od strane sudskog tumača.**

**Obrazloženje:**

Dostavljena dokazna dokumentacija uz Anex 3 ponude ponuđača "EMEDING" d.o.o. , koja se odnosi na navedene Lot-ove je dostavljena na jednom od službenih jezika BiH tj. ista je prevedena, ali nije ovjerena od strane sudskog tumača kako je to traženo Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u dostavljenu ponudu i dokumentaciju koja čini sastavni dio iste, od strane Komisije je konstatoovano da ponuda nije dostavljena u skladu sa Tenderskom dokumentacijom (prednji navodi), te ista nije uzeta u daljnje razmatranje.

**Komisija je od dole navedenih ponuđača tražila sljedeće informacije:**

**MEDICAL PARTNERS d.o.o.**

-Dopisom je tražena informacija o dostavljenom Ec certifikatu za ponuđeni materijal u Lot – 3 - Plombe za doboše, akt broj 60-11-3-30468 od 18.08.2023 godine.

**Dostavljena tražena informacija, akt broj 60-11-3-30468-9 od 18.08.2023 godine.**

-Dopisom je tražena informacija o stepenu otpornosti ponuđenog materijala u Lot – u 3 - Plombe za doboše, akt broj 60-11-3-30468-1 od 18.08.2023 godine.

**Dostavljena tražena informacija, akt broj 60-11-3-30468-8 od 18.08.2023 godine.**

**ENA d.o.o.**

Dopisom je tražena informacija o stepenu otpornosti ponuđenog materijala u Lot – u 3 - Plombe za doboše, akt broj 60-11-3-30468-3 od 18.08.2023 godine.

**Dostavljena tražena informacija, akt broj 60-11-3-30468-5 od 18.08.2023 godine.**

**DERBY TRADE d.o.o.**

-Dopisom je tražena informacija o stepenu otpornosti ponuđenog materijalu Lot – u 3 - Plombe za doboše, akt broj 60-11-3-30468-4 od 18.08.2023 godine.

**Dostavljena tražena informacija, akt broj 60-11-3-30468-6 od 18.08.2023 godine.**

**PLUS MEDICAL d.o.o.**

-Dopisom je tražena informacija o kataloškim brojevima za ponuđeni materijal u Lot- u 2 - Trake za kontrolu sterilizacije, akt broj 60-11-3-30468-2 od 18.08.2023 godine.

Dostavljena tražena informacija, akt broj 60-11-3-30468-7 od 18.08.2023 godine.

**PONUĐAČI ČIJE PONUDE NISU PRIHVAĆENE ZA POJEDINE LOT-ove**

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da niže navedene ponude nisu dostavljene u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, te iste nisu prihvaćene od strane Komisije.

Red. br.	PONUĐAČ	NAZIV LOT-a
1	ENA d.o.o.	LOT 3 - Plombe za doboše
2	DERBY TRADE d.o.o.	LOT 3 - Plombe za doboše
3	MEDICAL PARTNERS d.o.o.	LOT 3 - Plombe za doboše

**Razlozi i obrazloženja za ponude koje nisu prihvaćene**

Ponude nisu prihvaćene, jer nisu dostavljene u skladu sa traženim u tenderskoj dokumentaciji.

**ENA d.o.o.**

**LOT 3 - Plombe za doboše**

**Obrazloženje:**

Tenderskom dokumentacijom stavka 1 traženo je: "Plastične plombe za doboše. Plombe treba da imaju stepen otpornosti na temperaturu od 140° C i da se lako vrši njihovo postavljanje na doboše."

Uvidom u dostavljenu ponudu Komisija nije mogla utvrditi stepen otpornosti ponuđenih plombi na temperaturu od 140 ° C, te je ponuđaču uputila akt broj 60-11-3-30468-3 od 18.08.2023 tražeći informaciju u kojem se dijelu dostavljene dokumentacije se vidi da ponuđene plombe za doboše u Lot – 3 imaju stepen otpornosti na temperaturi od 140 stepeni.

Od strane ponuđača traženo je produženje roka za dostavljanje tražene dokumentacije, što je Komisija i učinila. Odgovor na dopis trebao je biti dostavljen 18.08.2023. godine do 14:00 časova, produženo je na 21.08.2023. godine. U dostavljenom odgovoru navedeno je da je firma u Italiji na godišnjem odmoru te da odgovor mogu dati tek nakon 28.08.2023. godine.

Obzirom da se dopisom tražila informacija u kom dijelu dostavljene dokumentacije se nalazi podatak koji se odnosi na otpornosti na temperaturi od 140 stepeni, te da iz odgovora ponuđača dostavljenog dana 18.08.2023 godine, akt broj 60-11-3-30468-5 nije se dobila informacija iz koje se vidi da je stepen otpornosti plombi od 140°C, ponuda kao takva od strane Komisije smatra se neprihvatljivom.

**Napomena:** Komisija isključivo razmatra dostavljene ponude tj. dokumentaciju koja čini sastavni dio ponude a koja se odnosi na dostavljenu ponudu.

**DERBY TRADE d.o.o.**

**LOT 3 - Plombe za doboše**

**Obrazloženje:**

Tenderskom dokumentacijom stavka 1 traženo je: "Plastične plombe za doboše. Plombe treba da imaju stepen otpornosti na temperaturu od 140° C i da se lako vrši njihovo postavljanje na doboše."

Uvidom u dostavljenu ponudu Komisija nije mogla utvrditi stepen otpornosti ponuđenih plombi na temperaturu od 140° C, te je ponuđaču uputila akt broj 60-11-3-30468-4 od 18.08.2023 tražeći

*Boško Stanić*

informaciju u kojem se dijelu dostavljene dokumentacije se vidi da ponuđene plombe za doboše u Lot – 3 imaju stepen otpornosti na temperaturi od 140 stepeni.  
Iz odgovora ponuđača dostavljenog dana 18.08.2023 godine, akt broj 60-11-3-30468-6 Komisija nije dobila informaciju iz koje se vidi da je stepen otpornosti plombi od 140°C, te se ponuda kao takva od strane Komisije smatra se neprihvatljivom.

**MEDICAL PARTNERS d.o.o.**  
**LOT 3 - Plombe za doboše**

**I razlog odbijanja ponude:**

**Obrazloženje:**

Tenderskom dokumentacijom stavka 1 traženo je: "Plastične plombe za doboše. Plombe treba da imaju stepen otpornosti na temperaturu od 140° C i da se lako vrši njihovo postavljanje na doboše." Uvidom u dostavljenu ponudu Komisija nije mogla utvrditi stepen otpornosti ponuđenih plombi na temperaturu od 140° C, te je ponuđaču uputila akt broj 60-11-3-30468-1 od 18.08.2023 tražeći informaciju u kojem se dijelu dostavljene dokumentacije se vidi da ponuđene plombe za doboše u Lot – 3 imaju stepen otpornosti na temperaturi od 140 stepeni.

Iz odgovora ponuđača dostavljenog dana 18.08.2023 godine, akt broj 60-11-3-30468-8 nije se dobila informacija iz koje se vidi da je stepen otpornosti plombi od 140°C, te se ponuda kao takva od strane Komisije smatra se neprihvatljivom.

**II Razlog odbijanja ponude:**

U skladu s Tenderskom dokumentacijom:

**4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim priložima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko u dostavljenim ponudama nema medicinskog sredstva sa istim karakteristikama/ekvivalent upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Napomena: Može se dostaviti kopija.

Za stavke koje ne podliježu registraciji, potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity / izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem / tehnički list ili slično). Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.

**Obrazloženje:**

Iz dostavljene dokumentacije i EC certifikata, Komisija je ustanovila da nije jasno naznačen ponuđeni materijal, te je uputila dopis tražeći informaciju koji se dio dostavljene dokumentacije odnosi na ponuđeni materijal, akt broj 60-11-3-30468-9 od 18.08.20233 godine.

Iz odgovora ponuđača dostavljenog dana 18.08.2023 godine, akt broj 60-11-3-30468-9 nismo dobili traženu informaciju iz koje se jasno vidi ponuđeni materijal.

Tražene su i ponuđene "Plastične plombe za doboše", a u dostavljenom EC certifikat obilježen je „Surgical Instruments and units“, te se ponuda kao takva od strane Komisije smatra se neprihvatljivom.

Svi podaci iz ponude kvalificiranog ponuđača unijeti su u tabelarni pregled, te je izvršena procjena ponude po utvrđenom kriteriju iz javnog oglasa i izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterija najniža cijena:

1)	Cijena	učešće	100	%
----	--------	--------	-----	---

Okvirni sporazum će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Vrednovanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača vršit će se na sljedeći način :

#### 1. Cijena

Maksimalan broj bodova za ponuđenu cijenu iznosi 100 bodova.

Ponuda sa najnižom cijenom za tehnički prihvatljivu specifikaciju se vrednuje ocjenom 100, a ostale ponude ponuđača sa tehnički prihvatljivim specifikacijama se vrednuju na sljedeći način:

$$\frac{\text{Najniža ponuđena cijena} \times 100}{\text{Ponuđena cijena}}$$

### TABELARNI PRIKAZ PONUDA NA E –AUKCIJI

<b>„LOT 2 Trake za kontrolu sterilizacije”</b>						
<b>Početak postupka: 28.08.2023.godine u 09:00 sati / Završetak postupka: 28.08.2023.godine u 09:16 sati</b>						
Redni broj	PONUĐAČ	IDB/JMB	Ponuđeni iznos bez PDV-a	Konačna cijena bez PDV-a	Umanjenje	Rang
1	<b>Proma d.o.o.</b>	<b>4200174650008</b>	<b>15.930,00 KM</b>	<b>13.000,00 KM</b>	<b>18,39%</b>	<b>1</b>
2	Ena d.o.o.	4200037070002	15.930,00 KM	13.084,00 KM	17,87%	2
3	Derby Trade d.o.o.	4600044980004	15.930,00 KM	13.452,00 KM	15,56%	3
4	Plus Medical d.o.o.	4210308300004	15.930,00 KM	15.930,00 KM	0%	4

#### **Napomena:**

Konačna cijena ponuđača Proma d.o.o. nakon e aukcije iznosi 13.000,00 KM, međutim Komisija je primjenjujući rezultat E-aukcije utvrdila jediničnu cijenu bez PDV-a koja označava približnu vrijednost procentualnog umanjenja i na taj način ukupna cijena LOT-a 2 iznosi **12.991,80 bez PDV-a**. Ustanovljeno odstupanje je 8,20 KM u odnosu na ukupnu vrijednost LOT-a dobivenu nakon e-aukcije, što je dobavljač i potvrdio aktom 10-11-3-31402 -1 od 28.08.2023.godine.

#### **LOT-ovi ZA KOJE NITI JEDNA DOSTAVLJENA PONUDA NIJE PRIHVAĆENA (ZJN član 69 stav 2 pod d):**

**LOT 3 Plombe za doboše**

**LOT 5 Rolne/rukavci za plazma sterilizator**

#### **Prijedlog Komisije odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:**

Komisija jednoglasno daje prijedlog ugovornom organu, da se nakon provedenog otvorenog postupka, objavljenog na portalu e-Nabavke pod brojem 893-1-1-247/23 od 10.07.2023.godine i postupka e-aukcije od 28.08.2023. godine, **Okvirni sporazum u trajanju od 24 (dvadeset četiri) mjeseca za „**

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/14/2023-C-Specifični materijal za sterilizaciju“, **odijeli ponuđaču kako je niže navedeno:**

**PROMA d.o.o.**

LOT 1 Specifični materijal za sterilizaciju	vrijednost bez PDV-a:	47.760,00 KM
LOT 2 Trake za kontrolu sterilizacije	vrijednost bez PDV-a:	12.991,80 KM
LOT 4 Materijal za plazma sterilizaciju za sterilizator Stericool proizvođača Getinge ili ekvivalent	vrijednost bez PDV-a:	32.900,00 KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>93.651,80 KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>15.920,81 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>109.572,61 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a ;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

**REKAPITULACIJA**

LOT	Ponuđač	Ukupan iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupan iznos sa PDV-om
LOT 1	PROMA d.o.o.	47.760,00 KM	8.119,20 KM	55.879,20 KM
LOT 2	PROMA d.o.o.	12.991,80 KM	2.208,61 KM	15.200,41 KM
LOT 4	PROMA d.o.o.	32.900,00 KM	5.593,00 KM	38.493,00 KM
	<b>UKUPNO:</b>	<b>93.651,80 KM</b>	<b>15.920,81 KM</b>	<b>109.572,61 KM</b>

**Ostali elementi Okvirnog sporazuma:**

- Rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke će biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe;
- Cijene su nepromijenjene za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma;
- Okvirni sporazum se potpisuje na period od **24 (dvadeset i četiri) mjeseca ili utroška ukupnih sredstava na koje se ovaj Sporazum zaključuje.**

Na preporuku Komisije imenovane za predmetni postupak javne nabavke donijeta je Odluka kao u dispozitivu.



GENERALNA DIREKTORICA

Prof. dr. Sebija Izetbegović

**PRAVNA POUKA:**

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22) i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu Odluke o izboru, shodno Članu 99. i Članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

*Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.*