

Sarajevo,

Broj: 15-12-2021
01-11-3-58962

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl.novine FBiH br. 73/13), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (br.0202-14544/17) na prijedlog Komisije za javnu nabavku Izvještaj br. 10-04-6-58713 od 14.12.2021. godine, Generalna direktorica donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

I

Prihvata se prijedlog Komisije za nabavku digitalnog RTG aparata za potrebe O.J. Klinika za radiologiju (lokacija Klinika za ortopediju), po Izvještaju br. 10-04-6-58713 od 14.12.2021. godine, a nakon provedenog otvorenog postupka sa međunarodnom objavom na portalu e-nabavke pod brojem obavještenja 893-1-1-573-3-413/21 objavljen 01.09.2021.godine, te ispravke obavještenja br. 893-1-1-573-8-450/21, br. 893-1-1-573-8-465/21 i br. 893-1-1-573-8-557/21 i postupak poništava u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 69. tačka 2) d), jer nijedina od dostavljenih ponuda nije prihvatljiva.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici KCUS-a, kao i dostavljena ponuđaču učesniku u postupku javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Odlukom Generalne direktorice KCUS-a broj: 58-11-3-40166 od 27.08.2021. godine, pokrenut je otvoreni međunarodni postupak javne nabavke za nabavku digitalnog RTG aparata za potrebe O.J. Klinika za radiologiju (lokacija Klinika za ortopediju). Procijenjena vrijednost nabavke je 450.000,00 KM bez PDV-a. Nabavka je planirana Izmjenom i dopunom Privremenog plana javnih nabavki za 2021. god. pod kategorijom „investicije robe“ redni br. 29 (Odluka UO broj: 26/21 protokol br. 65-04-2-15794/21) odnosno Planom javnih nabavki za 2021 god. pod kategorijom „investicije robe“ redni br. 29 (Odluka UO broj: 31/21 protokol br. 65-04-2-43388/21). Uslovi plaćanja predviđeni za postupak nabavke su: plaćanje u roku 30 dana od dana isporuke i ispostavljanja fakture (na osnovu dopisa Sektora za računovodstvo, plan i analizu br.56-11-3-34249/21). Za predmetnu nabavku sredstva su obezbjeđena od strane Ministarstva finansija i trezora BiH.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je na portalu E-nabavke dana 01.09.2021.godine objavio Obavještenje o nabavci broj: 893-1-1-573-3-413/21, zajedno sa Tenderskom dokumentacijom, te ispravke obavještenja br. 893-1-1-573-8-450/21, br. 893-1-1-573-8-465/21 i br. 893-1-1-573-8-557/21 zajedno sa izmjenjenom Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu poziva objavljenog na portalu e-nabavke tendersku dokumentaciju za postupak javne nabavke objavljenu 1.09.2021. preuzelo je 15 (petnaest) potencijalnih ponuđača; ispravku tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke objavljenu 22.09.2021. preuzelo je 12 (dvanaest) potencijalnih ponuđača i ispravku tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke objavljenu 28.09.2021. preuzelo je 8 (osam) potencijalnih ponuđača, a do krajnjeg roka određenog za prijem ponuda, dana 30.11.2021.godine do 09,30 sati, dostavljene su 3 (tri) ponude ponuđača:

PODACI IZ PONUDE	1.	2.	3.
Naziv ponuđača	BERG d.o.o. Sarajevo	MEDICAL d.o.o. Mostar	MEDICOM d.o.o. Bijeljina
Broj protokola, datum i vrijeme zaprimanja ponude	10-11-3-55729 29.11.2021. u 15 h i 10 min.	10-11-3-55760 30.11.2021. u 8 h i 00 min.	10-11-3-55777 30.11.2021. u 8 h i 22 min.
Cijena ponude bez PDV-a (KM)	450.000,00	450.000,00	434.627,16

Komisija imenovana Odlukom broj: 01-04-4-56162 od 01.12.2021.godine je izvršila detaljnu analizu dostavljenih ponuda, te sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda br. 10-04-6-58713-1 od 14.12.2021. godine kojim je konstatovala da:

- Ponuda ponuđača **BERG d.o.o. Sarajevo** nije tehnički prihvatljiva, jer nije dostavljena u skladu sa Anexom 3 Tehničke specifikacija, kojom je definisano: *”Obavezno dostaviti kataloški (prospektni) materijal sa obilježnim (označenim) i numerisanim tehničkim karakteristikama (npr. stranica xx, markirati i numerisati traženu specifikaciju).”*

Ponuđač BERG d.o.o. Sarajevo dostavio je ponudu za **digitalni RTG aparat DR 600 proizvođača AGFA**. Uvidom u istu, Komisija je konstatovala da je za tražene tehničke karakteristike kao dokaz pod rednim brojevima 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.4; 2.5; 2.6; 2.9; 2.10; 3.2; 3.5; 3.6; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.7; 4.11; 5.4; 5.5; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15; 6.16 ponuđač dostavio “AGFA IZJAVU”, a što nije ispravan dokaz tražen tenderskom dokumentacijom (Anex 3). Komisija je konstatovala da ponuđač nije dostavio obilježenu katalošku dokumentaciju tako da nije dokazao da ponuđeni uređaj ispunjava tražene karakteristike, **pa se ponuda odabacuje kao neprihvatljiva**, jer ista nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

- Ponuda ponuđača **MEDICAL d.o.o. Mostar** nije tehnički prihvatljiva, jer nije dostavljena u skladu sa Anexom 3 Tehničke specifikacija, kojom je definisano: *”Obavezno dostaviti kataloški (prospektni) materijal sa obilježnim (označenim) i numerisanim tehničkim karakteristikama (npr. stranica xx, markirati i numerisati traženu specifikaciju).”*

Ponuđač MEDICAL d.o.o. Mostar dostavio je ponudu za **digitalni RTG aparat Discovery XR656 proizvođača GENERAL ELECTRIC**.

Uvidom u istu, Komisija je konstatovala da je za tražene tehničke karakteristike kao dokaz pod rednim brojevima 8.1; 9.1; 9.2; 9.3 ponuđač dostavio “IZJAVU”, a što nije ispravan dokaz tražen tenderskom dokumentacijom (Anex 3). Komisija je konstatovala da ponuđač nije dostavio obilježenu katalošku dokumentaciju tako da nije dokazao da ponuđeni uređaj ispunjava tražene karakteristike, **pa se ponuda odabacuje kao neprihvatljiva**, jer ista nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

- Ponuda ponuđača **MEDICOM d.o.o. Bijeljina** nije prihvatljiva, jer nije dostavljena u skladu sa zahtjevima Tenderske dokumentacije.

Ponuđač MEDICOM d.o.o. Bijeljina dostavio je ponudu za **digitalni RTG aparat Digital Diagnost C90 proizvođača PHILIPS**.

U tački 3.1 pod d) definisano je ponuda mora sadržavati najmanje: *”Popunjene sve Aneksa na originalnim obrascima iz tenderske dokumentacije (Aneks 3; Aneks 4 i Aneks 5);”*, a Aneks 3 dostavljene ponude nema sadržaja u tačkama pod rednim brojevima 1.2; 1.3; 1.4; 2.6; 2.10; 3.6; 4.3; 4.5; 5.5; 5.6; 6.7; 6.8; 6.10; 6.11; 6.12; 6.16; 8.1; 8.4; 9.1; 9.2 i 9.3 pa komisija nije mogla utvrditi da li ponuđeni uređaj ispunjava sve gore navedene tehničke zahtjeve.

Nadalje, u svojoj ponudi za tačke 6.15 i 7.3, ponuđač je upisao NE, što znači da ponuđeni uređaj ne ispunjava tražene tehničke zahtjeve.

Shodno prethodno navedenom, ponuda ponuđača **MEDICOM d.o.o. Bijeljina** se odabacuje kao **neprihvatljiva**, jer ista nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Alamed 2020 Kucic

U skladu sa gore navedenim, Izvještajem br. 10-04-6-58713 od 14.12.2021. godine Komisija predlaže da se postupak za nabavku digitalnog RTG aparata za potrebe O.J. Klinika za radiologiju (lokacija Klinika za ortopediju) poništi u skladu sa član 69. tačka 2) d) ZJN (Sl.glasnik BiH br.39/14), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

Uzimajući u obzir naprijed navedno, prijedlog Komisije je prihvaćen i donosi se odluka kao u dispozitivu.



GENERALNA DIREKTORICA
Prof.dr. Sebiya Izetbegović

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Dostaviti:

- Ponuđačima;
- Tehnički sektor
- a/a KCUS

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.