

Sarajevo,

14-02-2024

Broj: 58-11-3-5769



Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl. novine FBiH br. 73/13), član 24. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (65-04-2-4654 od 01.02.2023. godine) na prijedlog Komisije za javnu nabavku Izvještaj br. 10-33-4-1055-4 od 08.02.2024. godine, V.D. Generalni direktor donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za
nabavku termokautera za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCUS-a

I

Prihvata se prijedlog Komisije, po Izvještaju br. 10-33-4-1055-4 od 08.02.2024. godine, nakon provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva objavljenog na portalu e-nabavke dana 22.12.2023. godine pod brojem obavještenja 893-7-1-516-3-706/23 i **ugovor dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču:**

BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo

za „Nabavku termokautera za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCUS-a“
Tip/model i proizvođač ponuđenog: VIO 300 S proizvođača Erbe, Njemačka

Ukupna vrijednost nabavke: 31.980,00 KM bez PDV-a + PDV 5.436,60 KM = 37.416,60 KM sa PDV-om

- Cijena je nepromjenjiva za cijeli ugovoreni period, izražena u KM i podrazumijeva isporuku, montažu, puštanje u rad, te edukaciju osoblja.
- Plaćanje predmeta nabavke će se izvršiti u roku 30 (trideset) dana od dana isporuke, montaže, puštanja u rad, te edukacije osoblja i ispostavljanja fakture.
- Garantni rok na predmet nabavke je 12 (dvanaest) mjeseci od dana puštanja u rad.
- Rok za izvršenje predmetne nabavke je 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljanja narudžbenice

II

Izabrani ponuđač dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostaviti original ili ovjerene kopije dokaza tražene tačkom 4.1. Tenderske dokumentacije, ukoliko istu nisu dostavili uz ponudu, u skladu sa dostavljenom Izjavom ponuđača, a ne starijih od 3 mjeseca računajući od momenta predaje ponude.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici KCUS-a, kao i dostavljena ponuđačima učesnicima u postupku javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Odlukom KCUS-a broj: 58-11-3-45877 od 21.12.2023. godine, putem konkurentskog zahtjeva pokrenut je postupak javne nabavke za „Nabavku termokautera za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCUS-a“. Procijenjena vrijednost nabavke je 32.000,00 KM bez PDV-a. Nabavka je planirana Planom javnih nabavki za 2023. god. pod kategorijom „robo-investicije“ redni br. 207. (Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2023 godinu, broj: 115/23 br. protokola 65-04-2-25147/23). Sredstva za predmetnu nabavku su obezbjeđena iz sredstava FMZ. Uslovi plaćanja predviđeni za postupak nabavke su u roku 30 dana od dana izvršenja ugovorenih obaveza od strane dobavljača i ispostavljanja fakture (na osnovu dopisa Sektora za finansijske, knjigovodstvene i planske poslove br. 56-11-1-17617/23).

Na osnovu poziva objavljenog na portalu e-nabavke tendersku dokumentaciju za postupak javne nabavke preuzelo je 17 (sedamnaest) potencijalnih ponuđača: MEDICAL PARTNERS; BIOMEDIA DOO; EKAPIJA DOO ; BBS EUROPE; PHOENIX PHARMA D.O.O.; HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR; SEDŽAN INGENERING D.O.O.; FCT D.O.O.; KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA; PLUS MEDICAL DOO TUZLA; BAWARIAMED; PROMA DOO; DERBY TRADE D.O.O.; EMGEN DOO; "TUZLA-FARM" D.O.O. TUZLA; ALFA MED i RAUCHE MEDICAL D.O.O.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda 10,30 sati dana 10.01.2024. godine na Protokol Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zaprimljene su 2 (dvije) ponude i to:

PODACI IZ PONUDE	1.	2.
Naziv ponuđača	PLUS MEDICAL d.o.o. Tuzla	BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo
Broj i datum ponude (Što je evidentirano zapisnikom o zaprimanju ponuda br. 10-33-4-1055 od 10.01.2024. godine)	10-11-3-821 09.01.2024. u 08:20 h	10-11-3-891 09.01.2024. u 11:30 h
Ukupna cijena bez PDV-a	31.900,00 KM	31.980,00 KM

Komisija imenovana Odlukom broj: 58-11-7-47059 od 28.12.2023. godine je izvršila detaljnu analizu i ocjenu ponuda i Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda br. 10-33-4-1055-3 od 08.02.2024. godine konstatovala sljedeće:

- **Ponuda ponuđača PLUS MEDICAL d.o.o. Tuzla ne ispunjava tehničke zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom (Aneks 3 – tehnička specifikacija), a za tačke: 1.1.; 1.5.; 1.6. i 2.1.** za koje je ponuđač u svojoj ponudi u dijelu „Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE“ upisao DA. Za sve tehničke karakteristike ugovorni organ je tenderskom dokumentacijom tražio da se dostavi „*printani kataloški (prospektni) materijal sa obilježenim (označenim) traženim tehničkim karakteristikama (npr. broj stranice xx iz kataloške dokumentacije na kojoj se nalazi tražena karakteristika upisati u kolonu „Broj stranice u prospektnoj /kataloškoj dokumentaciji“, pri tome u kataloškoj dokumentaciji istu markirati i numerisati brojem iz tehničke specifikacije-Aneks 3)*“. Ponuđač PLUS MEDICAL d.o.o. Tuzla je u svojoj ponudi dostavio katalošku dokumentaciju koju je obilježio, međutim za navedene tačke, nije dokazao da ispunjavaju tražene tehničke karakteristike u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije kako slijedi:
 - Tačkom 1.1. Aneksa 3 Tenderske dokumentacije, je zahtjevano sljedeće: „*Elektrohirurška jedinica za izvođenje laparoskopskih, otvorenih te endoskopskih operacija u granama i procedurama ginekološke hirurgije*“. Uvidom u dostavljenu ponudu, ponuđač je u dijelu „Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE“ za Tačku 1.1. upisao DA, te na strani 44 ponude upisao i markirao na kataloškom materijalu „RED. BROJ 1.1.“ s tim da se iz istog ne vidi da nuđeni uređaj ispunjava zahtjeve definisane Tačkom 1.1. Aneksa 3 tj. iz dostavljenog kataloškog materijala se ne vidi da je ponuđena Elektrohirurška jedinica namjenjena za primjenu i u granama ginekologije, što je u suprotnosti sa zahtjevom iz Tačke 1.1. Aneksa 3 Tenderske dokumentacije.
 - Nadalje Tačkom 1.5. Aneksa 3 Tenderske dokumentacije, je zahtjevano sljedeće: „*Izlazna regulacija za održavanje konstantne razine snage tokom koagulacije i devitalizacije*“. Uvidom u dostavljenu ponudu, ponuđač je u dijelu „Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE“ za Tačku 1.5. upisao DA, te na strani 44 ponude upisao i markirao na kataloškom materijalu „RED. BROJ 1.5“ s tim da se iz istog ne vidi da nuđeni uređaj ispunjava zahtjeve definisane Tačkom 1.5. Aneksa 3 tj. iz dostavljenog kataloškog materijala se ne vidi da ponuđena Elektrohirurška jedinica omogućuje korisniku Izlaznu regulaciju za održavanje konstantne razine snage tokom koagulacije i devitalizacije, što je u suprotnosti sa zahtjevom iz Tačke 1.5. Aneksa 3 Tenderske dokumentacije.

- Tačkom 1.6. Aneksa 3 Tenderske dokumentacije, je zahtjevano sljedeće: „*Karakteristike koagulacije: Koagulacija: regulirana do min 200W*“.
Uvidom u dostavljenu ponudu, ponuđač je u dijelu „*Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE*“ za Tačku 1.6. upisao DA, te na strani 44 ponude upisao i markirao na kataloškom materijalu „RED. BROJ 1.6.“ s tim da se iz istog ne vidi da nudi uređaj ispunjava zahtjeve definisane Tačkom 1.6. Aneksa 3 tj. iz dostavljenog kataloškog materijala se ne vidi da ponuđena Elektrohirurška jedinica posjeduje Karakteristike koagulacije: Koagulacija: regulirana do min 200W, što je u suprotnosti sa zahtjevom iz Tačke 1.6. Aneksa 3 Tenderske dokumentacije.
- Također, Tačkom 2.1. Aneksa 3 Tenderske dokumentacije, je zahtjevano sljedeće: „*HF Elektrohirurška jedinica sa odgovarajućim softverom, monitorom i snagom za razne procedure u ginekologiji i svih drugih grana hirurgije*“.
Uvidom u dostavljenu ponudu, ponuđač je u dijelu „*Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE*“ za Tačku 2.1. upisao DA, te na strani 44 ponude upisao i markirao na kataloškom materijalu „RED. BROJ 2.1.“ s tim da se iz istog ne vidi da nudi uređaj ispunjava zahtjeve definisane Tačkom 2.1. Aneksa 3 tj. iz dostavljenog kataloškog materijala se ne vidi da je ponuđena Elektrohirurška jedinica, HF Elektrohirurška jedinica sa odgovarajućim softverom, monitorom i snagom za razne procedure u ginekologiji i svih drugih grana hirurgije, što je u suprotnosti sa zahtjevom iz Tačke 2.1. Aneksa 3 Tenderske dokumentacije.

Dodatno, u Aneks-u 1 (Obrazac za ponudu) pod tačkom 6. je navedeno „*Odgovaramo za tačnost podataka navedenih u specifikaciji karakteristika tenderske dokumentacije, a radi nabavke odgovarajuće opreme i svjesni smo da će nas pogrešno navedeni podaci direktno eliminisati iz daljeg toka natjecanja*“, koji je ponuđač potpisao i ovjerio.

U skladu sa predhodno navedenim, Komisija jednoglasno smatra da ponuđač PLUS MEDICAL d.o.o. Tuzla nije ispunio zahtjeve za tačke: 1.1.; 1.5.; 1.6.; 2.1. iz Aneksa 3 Tenderske dokumentacije.

Daljim pregledom ponude ponuđača PLUS MEDICAL d.o.o. Tuzla Komisija je ustanovila da je isti za tačke 2.6 i 2.7 dostavio Izjavu proizvođača na engleskom jeziku, iako je tenderskom dokumentacijom u tački 3.7.1. zahtjevano sljedeće „*Ponuda, svi dokumenti i pisana korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i napisana na latiničnom ili ćiriličnom pismu ili na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, ali pod uslovom da je obavezno u ponudi dostavljen i zvanični prevod (ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je izvršen prevod), na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini*“. Također ponuđač je kroz sistem e-nabavke dana 25.12.2023. godine postavio pitanje u vezi prevoda Izjave proizvođača, za koji je ugovorni organ 26.12.2023. godine dostavio odgovor pozivajući se na tačku 3.7.1 tenderske dokumentacije (Pitanje i odgovor u prilogu Izvještaja Komisije).

U skladu sa predhodno navedenim, Komisija jednoglasno smatra da ponuđač PLUS MEDICAL d.o.o. Tuzla nije ispunio zahtjeve za tačke 2.6 i 2.7 iz Aneksa 3 Tenderske dokumentacije.

Iz navedenog razloga ponuda ponuđača PLUS MEDICAL d.o.o. Tuzla je nepravilna i ne može učestvovati u daljem toku natjecanja.

- **Ponuda ponuđača BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo ispunjava formalno pravne i tehničke zahtjeve, te je dostavljena ponuda ocijenjena kao prihvatljiva, pa može biti predmet vrednovanja i može učestvovati u daljem toku natjecanja.**

Imajući u vidu navedeno, Komisija predlaže da se za predmetni postupak pod nazivom „Nabavka termokautera za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCUS-a“ **ugovor dodijeli ponuđaču BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo**, koji je jedini dostavio prihvatljivu ponudu.

Za ovaj postupak javne nabavke planirano je provođenje e-aukcije, ali u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, član 3. Stav 3) u kojem je regulisano kako se e-aukcija ne može provesti u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, te se **postupak okončava u skladu sa članom 69. stav 1 pod a) ZJN.**

Obzirom da je zadovoljena transparentnost i da je cijena, prihvatljive ponude u okviru osiguranih sredstava za nabavku termokautera za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCUS-a, Komisija je Izvještajem br. 10-33-4-1055-4 od 08.02.2024. godine i Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda br. 10-33-4-1055-3 od 08.02.2024. godine dala prijedlog, da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovor dodijeli ponuđaču **BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo.**

Prijedlog Komisije je prihvaćen i donosi se odluka kao u dispozitivu:



POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Dostaviti:

- Ponuđačima;
- Tehnički sektor
- a/a KCUS

Handwritten signatures in blue ink.