KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO

Sarajevo, 25-03-2026
Broj: 73-04-4-3222-5

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14, 59/22 i 50/24), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl.novine FBiH br. 73/13), člana 25. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (65-04-2-4654-1 od 01.02.2023.godine) na prijedlog Komisije za javnu nabavku Izvještaj broj. 73-33-4-3222-4 od 17.03.2026. godine, Generalni direktor donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za

„Nabavka bolničkih kolica, stalaka i prateće opreme"

I

Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku, **Izvještaj broj** 73-33-4-3222-4 od 17.03.2026. za postupak nabavke " **Nabavka bolničkih kolica, stalaka i prateće opreme"**, nakon provedenog otvorenog postuka sa Obavještenjem o nabavci broj.O893-1-1-541-3-1081/25 od 15.12.2025.godine, i donosi Odluku da se **Ugovor dodjeli najpovoljnijim ponuđačima kako slijedi:**

DERBY TRADE d.o.o. Brčko za "

za LOT 1 - Ormarić za lijekove – sa cijenom umanjenom nakon e aukcije 0,1 % **
Tip/model i proizvođač ponuđenog - PROJESAN TURSKA INSTRUMENT AND DRUG CABINET PS SSC01

Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 2.397,54 KM x 11 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 26.372,94 KM + PDV 4.483,39 KM= 30.856,33 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

„R&S d.o.o. Sarajevo "

za **LOT 2 – Mobilni stalak s posudom od nehrđajućeg čelika** – sa cijenom umanjenom nakon e aukcije 36,6 % **
i za **LOT 3 – Stalak za infuzije** – sa cijenom umanjenom nakon e aukcije 19,89 %**

LOT 2 – Mobilni stalak s posudom od nehrđajućeg čelika
Tip/model i proizvođač ponuđenog - KIS PRODUKT, STALAK SA JEDNOM POSUDOM 404.510
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 442,86 KM x 14 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 6.200,04 KM + PDV 1.054,01 KM = 7.254,05 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci
i
LOT 3 – Stalak za infuzije

Tip/model i proizvođač ponuđenog: KIS PRODUKT,STALAK ZA INFUZIJE 4004.201
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 199,80 KM x 165 kom
Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 32.967,00 KM + PDV 5.604,39 KM = 38.571,39 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

OTTOBOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo

za LOT 4 - Sjedeća/invalidska kolica za transport pacijenata
Tip/model i proizvođač ponuđenog: OTTOBOCK MOBILITY SOLUTIONS Gmbh START MA
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 600,00 KM x 20 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 12.000,00 KM + PDV 2.040,00 KM= 14.040,00 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

ALFA-MED d.o.o. Tomislavgrad

za LOT-ove br. 5 - Modularna medicinska kolica za jedinice intenzivne njege i izolacione prostore, **6** - Modularna medicinska kolica za organizaciju lijekova, **7** - Medicinska kolica za hitne intervencije s infuzijskim stalkom i policom za defibrilator, **8** - Kolica za pripremu i transport instrumenata **i 9** - Hidraulična kolica za pripremu i transport instrumenata

LOT 5 - Modularna medicinska kolica za jedinice intenzivne njege i izolacione prostore,
Tip/model i proizvođač ponuđenog: SCHMITZ, NJEMAČKA;KOLICA ZA TRETMAN 26004100
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 4.999,90 KM x 32 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 159.996,80 KM + PDV 27,199.46 KM= 187.196,26 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 24 (dvadeset četiri) mjeseca

LOT 6 - Modularna medicinska kolica za organizaciju lijekova
Tip/model i proizvođač ponuđenog: SCHMITZ, NJEMAČKA;KOLICA ZA TRETMAN 26004100
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **4.999,90** KM x 18 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 89.998,20 KM + PDV 15.299,70 KM= 105,297,90 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 24 (dvadeset četiri) mjeseca

LOT 7 - Medicinska kolica za hitne intervencije s infuzijskim stalkom i policom za defibrilator
Tip/model i proizvođač ponuđenog: SCHMITZ, NJEMAČKA;KOLICA ZA HITNE INTERVENCIJE 26004000
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **5. 176,90** KM x 3 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 15.530,70 KM + PDV 2.640,22 KM= 18.170,92 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 24 (dvadeset četiri) mjeseca

LOT 8 -Kolica za pripremu i transport instrumenata
Tip/model i proizvođač ponuđenog: SCHMITZ, NJEMAČKA;STOL ZA INSTRUMENTE 23254100
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **1.496,80** KM x 14 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 20.955,20 KM + PDV 3.562,38 KM= 24.517,58 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 24 (dvadeset četiri) mjeseca

i

LOT 9 -Hidraulična kolica za pripremu i transport instrumenata
Tip/model i proizvođač ponuđenog: SCHMITZ, NJEMAČKA;STOL ZA INSTRUMENTE HIDRAULIČNI 23241700
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **4.976,60**KM x 10 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 49.766,00 KM + PDV 8.460,22 KM = 58.226,22 KM sa PDV-om

Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 24 (dvadeset četiri) mjeseca

MSG d.o.o. Tuzla

za LOT-ove br. 10 -Toaletna invalidska kolica i
11 - Paravani – sa cijenom umanjenom nakon e aukcije 30,07 %** **i 12**- Metalni zidni dispanzer za jednokratne rukavice u bolničkim prostorima

LOT 10 -Toaletna invalidska kolica
Tip/model i proizvođač ponuđenog: GIMA ITALIJA, TOALETNA KOLICA 43196
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **400,00 KM** x 5 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 2.000,00 KM + PDV 340,00 KM= 2.340,00 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

LOT 11 -Paravani
Tip/model i proizvođač ponuđenog: GIMA ITALIJA, TOALETNA KOLICA 43196
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **699,33 KM** x 15 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 10.490,00 KM + PDV 1.783,30 KM= 12.273,30 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

i

LOT 12 - Metalni zidni dispanzer za jednokratne rukavice u bolničkim prostorima
Tip/model i proizvođač ponuđenog: GIMA ITALIJA, DISPENZER ZA RUKAVICE, 25431
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 50,00 KM x 100 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 5.000,00 KM + PDV 850,00 KM = 5.850,00 KM sa PDV-om
Rok isporuke i montaže: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

Ponuđene cijene za sve LOT-ove su nepromjenjive, za vrijeme trajanja Ugovora.
Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje izvrši u roku 30 dana od dana isporuke i ispostavljanja računa.

II

Izabrani ponuđači dužni su u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostaviti original ili ovjerene kopije dokaza tražene tačkom 4.1. Tenderske dokumentacije, ukoliko iste nisu dostavili uz ponudu, u skladu sa dostavljenom Izjavom ponuđača, a ne starijih od 3 mjeseca računajući od momenta predaje ponude.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici KCUS-a, kao i dostavljena ponuđačima učesnicima u postupku javne nabavke.

O B R A Z L O Ž E N J E

U skladu sa Odlukom broj. 73-04-4-40327 od 24.11.2025, pokrenut je postupak javne nabavke za " **Nabavka bolničkih kolica, stalaka i prateće opreme**". procijenjena vrijednost nabavke iznosi 502.050,00 KM bez PDV-a. Postupak nabavke je podijeljen na 12 LOT-a i to: (lot 1) Ormarić za lijekove (procijenjena vrijednost 26.400,00 KM bez PDV-a); (Lot 2) Mobilni stalak s posudom od nehrđajućeg čelika (procijenjena vrijednost 9.800,00 KM bez PDV-a); (Lot 3) Stalak za infuzije (procijenjena vrijednost 41.250,00 KM bez PDV-a); (Lot 4) Sjedeća/invalidska kolica za transport pacijenata (procijenjena vrijednost 12.000,00 KM bez PDV-a); (Lot 5) Modularna medicinska kolica za jedinice intenzivne njege i izolacione prostore (procijenjena vrijednost 160.000,00 KM bez PDV-a); (Lot

6) Modularna medicinska kolica za organizaciju lijekova (procijenjena vrijednost 144.000,00 KM bez PDV-a): (Lot 7) Medicinska kolica za hitne intervencije s infuzijskim stalkom i policom za defibrilator (procijenjena vrijednost 15.600,00 KM bez PDV: (Lot 8) Kolica za pripremu i transport instrumenata (procijenjena vrijednost 21.000,00 KM bez PDV-a); (Lot 9) Hidraulična kolica za pripremu i transport instrumenata (procijenjena vrijednost 50.000,00 KM bez PDV-a); (Lot 10) Toaletna invalidska kolica (procijenjena vrijednost 2.000,00 KM bez PDV-a); (Lot 11) Paravani (procijenjena vrijednost 15.000,00 KM bez PDV-a); (Lot 12) Metalni zidni dispanzer za jednokratne rukavice u bolničkim prostorima (procijenjena vrijednost 5.000,00 KM bez PDV-a)

Predviđeno je zaključivanje jednokratnog ugovora.

Nabavka je planirana izmjenom Plana JN za 2025.g, (Odluka, protokol br. 65-04-2-39225/25 od 14.11.2025.). pod kategorijom „Investicije-Robe" redni br. 362.

Uslovi plaćanja predviđeni za postupak nabavke su u roku 30 dana, od dana izvršenja ugovorenih obaveza od strane dobavljača i ispostavljanja fakture (na osnovu dopisa Sektora za finansijsko, knjigovodstvene i planske poslove. br. 56-11-3-39457 od 17.11.2025. godine, obzirom da su sredstva obezbjeđena od strane (FMZ).

Na osnovu poziva objavljenog na portalu e-nabavke tendersku dokumentaciju za postupak javne nabavke preuzelo je 34 (trideset i četiri) potencijalna ponuđača i to: EMEDING DOO; ORTOPROTETIK DOO; INTER-COM DOO ZENICA; EKAPIJA DOO; DELIMED D.O.O.; PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT D.O.O; MSG; TENDERI DOO; ALFA MED; BBS EUROPE; UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA; KIS PRODUKT; R&S D.O.O. SARAJEVO; CHERKA COMPANY D.O.O.; ITALGROUP DOO SARAJEVO; DEFTER DOO SARAJEVO; ARTIKA DOO; IMANAGER D.O.O.; SABA DOO BRČKO DC; DERBY TRADE D.O.O.; HIDRO-GEO INZINJERING; "TUZLA-FARM" D.O.O. TUZLA; LIFEMED D.O.O.; ORTOPEDIJA INTERNATIONAL D.O.O.; PROMA DOO; ADUT PLUS; ON RA D.O.O.; EXO MEDICAL D.O.O. SARAJEVO; GORAK DOO ORAŠJE; "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR; BAUERFEIND D.O.O.; MEDIKA D.O.O. PODUZEĆE ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU LIJEKOVIMA I SANITETSKIM MATERIJALOM; "INEL BH" DRUŠTVO ZA PROMET MEDICINSKOM OPREMOM I POTROŠNIM MATERIJALOM i OTTO BOCK ADRIA DOO SARAJEVO.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda 10,30 sati dana 27.01.2025.godine na Protokol Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zaprimljeno je 6 (šest) ponuda ponuđača i to:

	PODACI IZ PONUDE	
	Naziv ponuđača	**Broj i datum ponude (što je evidentirano zapisnikom o zaprimanju ponuda br. 73-33-4-3222-1 od 27.01.2025. godine)**
1.	**EMEDING d.o.o. Sarajevo**	10-11-3-3079 od 26.01.2025. godine u 12 h i 14 min
2.	**R&S d.o.o. Sarajevo**	10-11-3-3152 od 27.01.2025. godine u 08 h i 06 min
3.	**MSG d.o.o. Tuzla**	10-11-3-3153 od 27.01.2025. godine u 08 h i 07 min
4.	**DERBY TRADE d.o.o. Brčko**	10-11-3-3154 od 27.01.2025. godine u 08 h i 08 min
5.	**ALFA-MED d.o.o. Tomislavgrad**	10-11-3-3155 od 27.01.2025. godine u 08 h i 16 min
6.	**OTTOBOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo**	10-11-3-3160 od 27.01.2025. godine u 08 h i 35 min

Datum početka pregleda i ocjene ponuda: 27.01.2025.godine

ANALIZA DOSTAVLJENE PONUDE

Ponuđač EMEDING d.o.o. Sarajevo dostavio je ponudu za LOT-ove 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 11.
Pregledom dostavljene ponude ponuđača EMEDING d.o.o. Sarajevo Komisija je konstatovala da je ista nepravilna za LOT-ove 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9, jer nije dostavljena u skladu sa tenderskim zahtjevima tj ne ispunjava tehničke zahtjeve definisane TD.
Za LOT br. 2 - Mobilni stalak s posudom od nehrđajućeg čelika: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.2.) je za redni br.1. traženo „ Konstrukcija izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10 Stabilna i izdržljiva konstrukcija pogodna za medicinske prostore.Uključena jedna posuda od nehrđajućeg čelika 18/10, otporna na koroziju i pogodna za čestu dezinfekciju sa minimalnim kapacitetom 5 litara " ponuđač je napisao DA –Izrađeno od kvalitete 304 nehrđajućeh čelika te da je baza od aluminija – što je u suprotnosti sa traženim.
Za LOT br. 3 - Stalak za infuzije: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.3.) je za redni br.1. traženo „ Mobilna konstrukcija od nehrđajućeg čelika (CrNi- čelik 18/10)" ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu nije navedeno koji kvalitet nehrđajućeh čelika se nudi te je napisano da je baza izrađena od ABS plastike što je u suprotnosti od traženog.
Za LOT br. 5 - Modularna medicinska kolica za jedinice intenzivne njege i izolacione prostore: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.5.) je za redni br.1. traženo „ Bočne strane opremljene su šinama ili nosačima za spremnik igala i držačem za vrećicu otpadnog materijala, dok je na gornjoj strani smještena radna ploča. Za glatko kretanje, kolica su opremljena dvostrukim točkićima minimalnog promjera 100 mm, izrađenim od elektroprovodljivog plastičnog materijala s kugličnim ležajem. Dva točkića nude mogućnost potpune blokade kretanja, a kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta " ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu nije navedeno da li su kolica sa bočne strane opremljene su šinama ili nosačima za spremnik igala te da li su točkovi sa s kugličnim ležajem te da li kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta– što je u suprotnosti sa traženim
Za LOT br. 6 - Modularna medicinska kolica za organizaciju lijekova: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.6.) je za redni br.1. traženo Za glatko kretanje, kolica su opremljena dvostrukim točkićima minimalnog promjera 100 mm, izrađenim od elektroprovodljivog plastičnog materijala s kugličnim ležajem. Dva točkića nude mogućnost potpune blokade kretanja, a kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta" ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu nije navedeno ništa od traženih karakteristika– što je u suprotnosti sa traženim
Za LOT br. 7 - Modularna medicinska kolica za hitne intervencije s infuzijskim stalkom i policom za defibrilator: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.7.) je za redni br.1. traženo „Kolica za tretman s minimalno dvije ladice, otvorenom policom i nadogradivim nosačima za policu za defibrilator i za držače infuzije sa 4 kukice. Visina kolica je u rasponu od 850 do 1000 mm, s tim da je visina nosača za infuzije podesiva minimalno do 2000 mm. Za glatko kretanje, kolica su opremljena dvostrukim točkićima minimalnog promjera 100 mm, izrađenim od elektroprovodljivog plastičnog materijala s kugličnim ležajem. Dva točkića nude mogućnost potpune blokade kretanja, a kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta" ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu držač infuzije posjeduje samo 2 kukice, te nije navedeno da li mu je visina podesiva do 2000 mm, kao ni za točkiće da li su izrađeni od elektroprovodljivog materijala s kugličnim ležajem, te da li posjeduju blokadu smijera – što je u suprotnosti sa traženim.
Za LOT br. 8 - Kolica za pripremu i transport operacionih instrumenata: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.8.) je za redni br.1. traženo „Mobilna konstrukcija kolica od 4 oslonca (nosača, noge), izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/10 elektropolirana. Gornje i donje ploče su izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/10 te se mogu skidati za jednostavno čišćenje i prilagodbu. Točkovi su dvostruki od plastike, otporni na hrđu i ektroprovodljivi, od čega su minimalno dva sa kočnicama. Radno opterećenje kolica je minimalno 50kg" ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu je navedeno da su kolica, kao i ploče izrađene od nehrđajućeg čelika od kvalitete 304 što je u suprotnosti sa traženim, nije navedeno ni to da su točkovi dvostruki, otporni na hrđu i ektroprovodljivi kao ni radno opterećenje kolica.
Za LOT br. 9 - Hidraulična kolica za pripremu i transport instrumenata: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.9.) je za redni br.1. traženo „Nosač stola (stub) i okvir i gornja ploča izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10. Površina elektropolirana radi bolje otpornosti na čišćenje i dezinfekciju. Dvostruki plastični točkovi minimalnog prečnika 70 mm sa kugličnim ležajevima za glatko kretanje, antistatički i otporni na koroziju." ponuđač je napisao DA, ali u

priloženom katalogu je navedeno da su kolica, kao i ploča izrađen od nehrđajućeg čelika od kvalitete 304 što je u suprotnosti sa traženim. U katalogu nije navedeno da je površina elektropolirana radi bolje otpornosti na čišćenje i dezinfekciju, te nije navedeno ni to da su točkovi otporni na hrđu i elektroprovodljivi.
Na osnovu svega navedenog ponuda ponuđača EMEDING d.o.o. Sarajevo za LOT-ove 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 je nepravilna i ne uzima se u dalje razmatranje.

Pregledom ponude ponuđača EMEDING d.o.o. Sarajevo za LOT br. 11 - Paravani Komisija je konstatovala da ista ispunjava formalno pravne, tehničke i suštinske zahtjeve, a što se vidi iz tabelarnih prikaza, gdje je dostavljena ponuda ocijenjena kao prihvatljiva, pa može biti predmet vrednovanja i može učestvovati u daljem toku natjecanja.

Ponuđač R&S d.o.o. Sarajevo dostavio je ponudu za LOT-ove 1, 2, 3, 8 i 11.
Pregledom dostavljene ponude ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo za LOT 8 Komisija je konstatovala da da je ista nepravilna jer nije dostavljena u skladu sa tenderskim zahtjevima tj ne ispunjava tehničke zahtjeve definisane TD.
Za Lot br. 8 - Kolica za pripremu i transport operacionih instrumenata: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.8.) je za redni br.1. traženo „Radno opterećenje kolica je minimalno 50kg." ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu nije navedeno koje je radno opterećenje kolica.
Na osnovu svega navedenog ponuda ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo za LOT 8 je nepravilna i ne uzima se u dalje razmatranje

Pregledom dostavljene ponude ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo za LOT-ove 1, 2, 3 i 11 Komisija je konstatovala da ista ispunjava formalno pravne, tehničke i suštinske zahtjeve, a što se vidi iz tabelarnih prikaza, gdje je dostavljena ponuda ocijenjena kao prihvatljiva, pa može biti predmet vrednovanja i može učestvovati u daljem toku natjecanja.

Ponuđač MSG d.o.o. Tuzla dostavio je ponudu za LOT-ove 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 i 12.
Pregledom dostavljene ponude ponuđača MSG d.o.o. Tuzla Komisija je konstatovala da je ista nepravilna za LOT-ove 2, 3, 6, 7 i 9, jer nije dostavljena u skladu sa tenderskim zahtjevima tj ne ispunjava tehničke zahtjeve definisane TD.
Za Lot br. 2 - Mobilni stalak s posudom od nehrđajućeg čelika: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.2.) je za redni br.1. traženo „ Konstrukcija izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10, Stabilna i izdržljiva konstrukcija pogodna za medicinske prostore.Uključena jedna posuda od nehrđajućeg čelika 18/10, otporna na koroziju i pogodna za čestu dezinfekciju sa minimalnim kapacitetom 5 litara " ponuđač je napisao DA –Izrađeno od kvalitete 304 nehrđajućeh čelika – što je u suprotnosti sa traženim.
Za Lot br. 3 - Stalak za infuzije: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.3.) je za redni br.1. traženo „ Mobilna konstrukcija od nehrđajućeg čelika (CrNi- čelik 18/10)" ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu nije navedeno koji kvalitet nehrđajućeh čelika se nudi te je napisano da je baza izrađena od ABS plastike što je u suprotnosti od traženog.
Za Lot br. 6 - Modularna medicinska kolica za organizaciju lijekova: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.6.) je za redni br.1. traženo „Zaštitna boja nanosi se pečenjem, čime se postiže visoka otpornost na habanje i oštećenja. Za glatko kretanje, kolica su opremljena dvostrukim točkićima minimalnog promjera 100 mm, izrađenim od elektroprovodljivog plastičnog materijala s kugličnim ležajem. Dva točkića nude mogućnost potpune blokade kretanja, a kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta" ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu nije navedeno da li je boja nanesena pečenjem ili nekom drugom metodom koja osigurava visoka otpornost na habanje i oštećenj, te da li su točkići sa kugličnim ležajem, te da li imaju blokadu smijera– što je u suprotnosti sa traženim
Za Lot br. 7 - Modularna medicinska kolica za hitne intervencije s infuzijskim stalkom i policom za defibrilator: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.7.) je za redni br.1. traženo „Otvorena polica pogodna za smještanje reanimacionog kofera. Visina kolica je u rasponu od 850 do 1000 mm, s tim da je visina nosača za infuzije podesiva minimalno do 2000 mm. Za glatko kretanje, kolica su opremljena dvostrukim točkićima minimalnog promjera 100 mm, izrađenim od elektroprovodljivog plastičnog materijala s kugličnim ležajem. Dva točkića nude mogućnost potpune blokade kretanja, a kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta" ponuđač je napisao DA,

ali u priloženom katalogu kolica nemaju otvorenu policu za smještaj reanimacionog kofera, te nije navedeno da li je visina infuzionog stalka podesiva do 2000mm, kao ni za točkiće da l su izrađeni od elektroprovodljivog materijala s kugličnim ležajem, te da li posjeduju blokadu smijera – što je u supro nosti sa traženim.
Za Lot br. 9 - Hidraulična kolica za pripremu i transport instrumenata: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.9.) je za redni br.1. traženo „Nosač stola (stub) i okvir i gornja ploča izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10. Ploča je uklonjiva radi jednostavnog čišćenja i minimalnih dimenzija 700 × 500 mm, uz minimalnu nosivost od 25 kg. Površina elektropolirana radi bolje otpornosti na čišćenje i dezinfekciju. Dvostruki plastični točkovi minimalnog prečnika 70 mm sa kugličnim ležajevima za glatko kretanje, antistatički i otporni na koroziju." ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu je navedeno da su kolica, kao i ploča izrađeni od nehrđajućeg čelika od kvalitete 304 što je u suprotnosti sa traženim. Ponuđene dimenzije su 70X45cm (700x450 mm) što je manje od traženog. U katalogu nije navedeno da je površina elektropolirana radi bolje otpornosti na čišćenje i dezinfekciju, te nije navedeno ni to da su točkovi sa kugličnim ležajevima za glatko kretanje i otporni na hrđu i elektroprovodljivi.
Na osnovu svega navedenog ponuda ponuđača MSG d.o.o. Tuzla za LOT-ove 2, 3, 6, 7 i 9 je nepravilna i ne uzima se u dalje razmatranje.

Daljim pregledom ponude ponuđača MSG d.o.o. Tuzla za LOT-ove br. 1, 10, 11 i 12 Komisija je konstatovala da ista ispunjava formalno pravne, tehničke i suštinske zahtjeve, a što se vidi iz tabelarnih prikaza, gdje je dostavljena ponuda ocijenjena kao prihvatljiva za navedene LOT-ove, pa mogu biti predmet vrednovanja i mogu učestvovati u daljem toku natjecanja.

Imajući u vidu navedeno, te činjenicu da je za LOT-ove 10 i 12 dostavljena po jedna prihvatljiva ponuda, Komisija predlaže da se ugovor za LOT-ove br. 10 i 12 dodijeli ponuđaču MSG d.o.o. Tuzla, kao jedinom ponuđaču koji je dostavio prihvatljive ponude za navedene LOT-ove.

Za LOT-ove br. 1 i 11 potrebno je zakazati e-aukciju.

Ponuđač DERBY TRADE d.o.o. Brčko dostavio je ponudu za LOT-ove 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 11.
Pregledom dostavljene ponude ponuđača DERBY TRADE d.o.o. Brčko Komisija je konstatovala da je ista nepravilna za LOT-ove 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9, jer nije dostavljena u skladu sa tenderskim zahtjevima tj ne ispunjava tehničke zahtjeve definisane TD.
Za Lot br. 2 - Mobilni stalak s posudom od nehrđajućeg čelika: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.2.) je za redni br.1. traženo „ Konstrukcija izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10, Stabilna i izdržljiva konstrukcija pogodna za medicinske prostore.Uključena jedna posuda od nehrđajućeg čelika 18/10, otporna na koroziju i pogodna za čestu dezinfekciju sa minimalnim kapacitetom 5 litara " ponuđač je napisao DA –Izrađeno od kvalitete 304 nehrđajućeh čelika– što je u suprotnosti sa traženim.
Za Lot br. 3 - Stalak za infuzije: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.3.) je za redni br.1. traženo „ Mobilna konstrukcija od nehrđajućeg čelika (CrNi- čelik 18/10)" ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu nije navedeno koji kvalitet nehrđajućeh čelika se nudi
Za Lot br. 5 - Modularna medicinska kolica za jedinice intenzivne njege i izolacione prostore: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.5.) je za redni br.1. traženo „Za glatko kretanje, kolica su opremljena dvostrukim točkićima minimalnog promjera 100 mm, izrađenim od elektroprovodljivog plastičnog materijala s kugličnim ležajem. Dva točkića nude mogućnost potpune blokade kretanja, a kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta" ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu nije navedeno da li su točkovi sa s kugličnim ležajem te da li kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta.
Za Lot br. 6 - Modularna medicinska kolica za organizaciju lijekova Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.6.) je za redni br.1. traženo „ Bočne strane opremljene su šinama ili nosačima za spremnik igala i držačem za vrećicu otpadnog materijala, dok je na gornjoj strani smještena radna ploča. Za glatko kretanje, kolica su opremljena dvostrukim točkićima minimalnog promjera 100 mm, izrađenim od elektroprovodljivog plastičnog materijala s kugličnim ležajem. Dva točkića nude mogućnost potpune blokade kretanja, a kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta " ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu nije navedeno da li su kolica sa

bočne strane opremljene su šinama ili nosačima za spremnik igala i držačem za vrećicu otpadnog materijala te da li su točkovi sa s kugličnim ležajem te da li kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta.
Za Lot br. 7 - Modularna medicinska kolica za hitne intervencije s infuzijskim stalkom i policom za defibrilator: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.7.) je za redni br.1. traženo „Visina kolica je u rasponu od 850 do 1000 mm, s tim da je visina nosača za infuzije podesiva minimalno do 2000 mm. Za glatko kretanje, kolica su opremljena dvostrukim točkićima minimalnog promjera 100 mm, izrađenim od elektroprovodljivog plastičnog materijala s kugličnim ležajem. Dva točkića nude mogućnost potpune blokade kretanja, a kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta" ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu nije navedeno da je visina nosača za infuzije podesiva minimalno do 2000 mm te da li su točkovi sa s kugličnim ležajem te da li kolica imaju mehanizam za blokadu smjera prilikom transporta.
Za Lot br. 8 - Kolica za pripremu i transport operacionih instrumenata: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.8.) je za redni br.1. traženo „Mobilna konstrukcija kolica od 4 oslonca (nosača, noge), izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/10 elektropolirana. Gornje i donje ploče su izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/10 te se mogu skidati za jednostavno čišćenje i prilagodbu. Točkovi su dvostruki od plastike, otporni na hrđu i ektroprovodljivi, od čega su minimalno dva sa kočnicama." ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu je navedeno da su kolica, kao i ploče izrađene od nehrđajućeg čelika od kvalitete 304 što je u suprotnosti sa traženim. U katalogu nije navedeno da se ploče mogu skidati, te nije navedeno ni to da su točkovi dvostruki, otporni na hrđu i ektroprovodljivi.
Za Lot br. 9 - Hidraulična kolica za pripremu i transport instrumenata: Tehničkom specifikacijom (Aneks 3.9.) je za redni br.1. traženo „Nosač stola (stub) i okvir i gornja ploča izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10. Površina elektropolirana radi bolje otpornosti na čišćenje i dezinfekciju. Dvostruki plastični točkovi minimalnog prečnika 70 mm sa kugličnim ležajevima za glatko kretanje, antistatički i otporni na koroziju." ponuđač je napisao DA, ali u priloženom katalogu je navedeno da su kolica, kao i ploča izrađeni od nehrđajućeg čelika od kvalitete 304 što je u suprotnosti sa traženim. U katalogu nije navedeno da je površina elektropolirana radi bolje otpornosti na čišćenje i dezinfekciju, te nije navedeno ni to da su točkovi otporni na hrđu i ektroprovodljivi.
Na osnovu svega navedenog ponuda ponuđača DERBY TRADE d.o.o. Brčko za LOT-ove 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 je nepravilna i ne uzima se u dalje razmatranje.
Daljim pregledom ponude ponuđača DERBY TRADE d.o.o. Brčko za LOT-ove br. 1 i 11 Komisija je konstatovala da ista ispunjava formalno pravne, tehničke i suštinske zahtjeve, a što se vidi iz tabelarnih prikaza, gdje je dostavljena ponuda ocijenjena kao prihvatljiva za navedene LOT-ove, pa mogu biti predmet vrednovanja i mogu učestvovati u daljem toku natjecanja.

Ponuđač ALFA-MED d.o.o. Tomislavgrad dostavio je ponudu za LOT-ove 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9.
Pregledom ponude ponuđača ALFA-MED d.o.o. Tomislavgrad za LOT-ove br. 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 Komisija je konstatovala da ista ispunjava formalno pravne, tehničke i suštinske zahtjeve, a što se vidi iz tabelarnih prikaza, gdje je dostavljena ponuda ocijenjena kao prihvatljiva za navedene LOT-ove, pa mogu biti predmet vrednovanja i mogu učestvovati u daljem toku natjecanja.
Imajući u vidu navedeno, te činjenicu da je za LOT-ove 5, 6, 7, 8 i 9 dostavljena po jedna prihvatljiva ponuda, Komisija predlaže da se ugovor za LOT-ove br. 5, 6, 7, 8 i 9 dodijeli ponuđaču ALFA-MED d.o.o. Tomislavgrad, kao jedinom ponuđaču koji je dostavio prihvatljive ponude za navedene LOT-ove.

6. Ponuđač OTTOBOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo dostavio je ponudu za LOT 4.
Pregledom dostavljene ponude ponuđača OTTOBOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo za LOT 4 Komisija je konstatovala da ista ispunjava formalno pravne, tehničke i suštinske zahtjeve, a što se vidi iz tabelarnih prikaza, gdje je dostavljena ponuda ocijenjena kao prihvatljiva, pa može biti predmet vrednovanja i može učestvovati u daljem toku natjecanja.

Imajući u vidu navedeno te da je za LOT 4 - Sjedeća/invalidska kolica za transport pacijenata dostavljena samo jedna ponuda, Komisija predlaže da se LOT 4 ugovor dodijeli ponuđaču OTTOBOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo, koji je jedini dostavio prihvatljivu ponudu za LOT 4 .

Podaci o pojašnjenju, u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona:
Tokom postupka pregleda i ocjene ponuda nije primijenjen institut pojašnjenja u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona.

Podaci o ispravkama, ukoliko su iste uočene u ponudi i koje su urađene na način da su vidljive (ispravljeni podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke:
Nije bilo ispravki.

E-AUKCIJA
Imajući u vidu navedeno, te da je za ovaj postupak javne nabavke planirano provođenje e-aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Sl.glasnik BiH br.80/23), a na osnovu analize ponuda Komisija je konstatovala da dostavljene ponude zadovoljavaju tenderske zahtjeve u pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu, te stoga predlaže da se e-aukcija zakaže kako slijedi:

LOT 1 - Ormarić za lijekove

Red. Br.	NAZIV PONUĐAČA	Ponuđene cijene bez PDV-a
1.	R&S d.o.o. Sarajevo	26.400,00 KM
2.	MSG d.o.o. Tuzla	26.400,00 KM
3.	DERBY TRADE d.o.o. Brčko	26.400,00 KM

LOT 2 – Mobilni stalak s posudom od nehrđajućeg čelika

Red. Br.	NAZIV PONUĐAČA	Ponuđene cijene bez PDV-a
1.	R&S d.o.o. Sarajevo	9.779,00 KM
2.	ALFA-MED d.o.o. Tomislavgrad	9.781,80 KM

LOT 3 – Stalak za infuzije

Red. Br.	NAZIV PONUĐAČA	Ponuđene cijene bez PDV-a
1.	R&S d.o.o. Sarajevo	41.151,00 KM
2.	ALFA-MED d.o.o. Tomislavgrad	41.002,50 KM

LOT 11 -Paravani

Red. Br.	NAZIV PONUĐAČA	Ponuđene cijene bez PDV-a
1.	EMEDING d.o.o. Sarajevo	15.000,00 KM
2.	R&S d.o.o. Sarajevo	14.892,00 KM
3.	MSG d.o.o. Tuzla	15.000,00 KM
4.	DERBY TRADE d.o.o. Brčko	15.000,00 KM

E aukcija zakazana i završena dana 12.03.2026.g. Nakon završene e-aukcije koja je provodena putem portala www.ejn.gov-ba od strane Agencije za javne nabavke i dostavljanja Izvještaja o provedenoj e-aukciji, Komisija je sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nakon e-aukcije i konačni Izvještaj Komisije dostavlja se Generalnom direktoru na saglasnost.

Datum završetka pregleda i ocjene ponuda za e-aukciju: 09.03.2026.godine.

Obzirom da je zadovoljena transparentnost i da je cijena prihvatljive ponude u okviru osiguranih sredstava za nabavku, Komisija je Izvještajem br. 73-33-4-3222-4 od 17.03.2026..godine, dala prijedlog, da se donese odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača i **Ugovor** za " Nabavka bolničkih kolica, stalaka i prateće opreme, dodijeli ponuđačima kako slijedi:

DERBY TRADE d.o.o. Brčko za "

za LOT 1 - Ormarić za lijekove – sa cijenom umanjenom nakon e aukcije 0,1 % **
Tip/model i proizvođač ponuđenog - PROJESAN TURSKA INSTRUMENT AND DRUG CABINET PS SSC01

Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 2.397,54 KM x 11 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 26.372,94 KM + PDV 4.483,39 KM= 30.856,33 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

„R&S d.o.o. Sarajevo "

za **LOT 2 – Mobilni stalak s posudom od nehrđajućeg čelika** – sa cijenom umanjenom nakon e aukcije 36,6 % **
i za **LOT 3 – Stalak za infuzije** – sa cijenom umanjenom nakon e aukcije 19,89 %**

LOT 2 – Mobilni stalak s posudom od nehrđajućeg čelika
Tip/model i proizvođač ponuđenog - KIS PRODUKT, STALAK SA JEDNOM POSUDOM 404.510
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 442,86 KM x 14 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 6.200,04 KM + PDV 1.054,01 KM = 7.254,05 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci
i
LOT 3 – Stalak za infuzije

Tip/model i proizvođač ponuđenog: KIS PRODUKT,STALAK ZA INFUZIJE 4004.201
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 199,80 KM x 165 kom
Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 32.967,00 KM + PDV 5.604,39 KM = 38.571,39 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

OTTOBOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo

za LOT 4 - Sjedeća/invalidska kolica za transport pacijenata
Tip/model i proizvođač ponuđenog: OTTOBOCK MOBILITY SOLUTIONS Gmbh START MA
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 600,00 KM x 20 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 12.000,00 KM + PDV 2.040,00 KM= 14.040,00 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

ALFA-MED d.o.o. Tomislavgrad

za LOT-ove br. 5 - Modularna medicinska kolica za jedinice intenzivne njege i izolacione prostore, **6** - Modularna medicinska kolica za organizaciju lijekova, **7** - Medicinska kolica za hitne intervencije s infuzijskim stalkom i policom za defibrilator, **8** - Kolica za pripremu i transport instrumenata **i 9** - Hidraulična kolica za pripremu i transport instrumenata

LOT 5 - Modularna medicinska kolica za jedinice intenzivne njege i izolacione prostore,
Tip/model i proizvođač ponuđenog: SCHMITZ, NJEMAČKA;KOLICA ZA TRETMAN 26004100
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 4.999,90 KM x 32 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 159.996,80 KM + PDV 27,199.46 KM= 187.196,26 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 24 (dvadeset četiri) mjeseca

LOT 6 - Modularna medicinska kolica za organizaciju lijekova
Tip/model i proizvođač ponuđenog: SCHMITZ, NJEMAČKA;KOLICA ZA TRETMAN 26004100
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **4.999,90** KM x 18 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 89.998,20 KM + PDV 15.299,70 KM= 105,297,90 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 24 (dvadeset četiri) mjeseca

LOT 7 - Medicinska kolica za hitne intervencije s infuzijskim stalkom i policom za defibrilator
Tip/model i proizvođač ponuđenog: SCHMITZ, NJEMAČKA;KOLICA ZA HITNE INTERVENCIJE 26004000
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **5. 176,90** KM x 3 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 15.530,70 KM + PDV 2.640,22 KM= 18.170,92 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 24 (dvadeset četiri) mjeseca

LOT 8 -Kolica za pripremu i transport instrumenata
Tip/model i proizvođač ponuđenog: SCHMITZ, NJEMAČKA;STOL ZA INSTRUMENTE 23254100
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **1.496,80** KM x 14 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 20.955,20 KM + PDV 3.562,38 KM= 24.517,58 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 24 (dvadeset četiri) mjeseca

i

LOT 9 -Hidraulična kolica za pripremu i transport instrumenata
Tip/model i proizvođač ponuđenog: SCHMITZ, NJEMAČKA;STOL ZA INSTRUMENTE HIDRAULIČNI 23241700
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **4.976,60**KM x 10 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 49.766,00 KM + PDV 8.460,22 KM = 58.226,22 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 24 (dvadeset četiri) mjeseca

MSG d.o.o. Tuzla

za LOT-ove br. 10 -Toaletna invalidska kolica i **11** - Paravani – sa cijenom umanjenom nakon e aukcije 30,07 %** i **12**- Metalni zidni dispanzer za jednokratne rukavice u bolničkim prostorima

LOT 10 -Toaletna invalidska kolica
Tip/model i proizvođač ponuđenog: GIMA ITALIJA, TOALETNA KOLICA 43196
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **400,00 KM** x 5 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 2.000,00 KM + PDV 340,00 KM= 2.340,00 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

LOT 11 -Paravani
Tip/model i proizvođač ponuđenog: GIMA ITALIJA, TOALETNA KOLICA 43196
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: **699,33 KM** x 15 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 10.490,00 KM + PDV 1.783,30 KM= 12.273,30 KM sa PDV-om
Rok isporuke: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

i

LOT 12 - Metalni zidni dispanzer za jednokratne rukavice u bolničkim prostorima
Tip/model i proizvođač ponuđenog: GIMA ITALIJA, DISPENZER ZA RUKAVICE, 25431
Jedinična cijena u KM bez PDV-a: 50,00 KM x 100 kom

Vrijednost ugovora za bez PDV-a: 5.000,00 KM + PDV 850,00 KM = 5.850,00 KM sa PDV-om
Rok isporuke i montaže: 60 (šezdeset) dana
Garantni period: 12 (dvanaest) mjeseci

Prijedlog Komisije je prihvaćen i donosi se odluka kao u dispozitivu.

GENERALNI DIREKTOR

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.